



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA

Setor de Compras e Licitações
Avenida Guilherme Kurtz, 1065, Centro, Itaara/RS
Telefone: (55) 3227-2000, ramal: 2223

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Itaara, em conformidade com o Artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público o interesse na compra/serviço dos seguintes itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ENTREGA
1	Monitor Cardioversor/Desfibrilador Bifásico com DEA e Marca Passo e impressora - O equipamento deve promover desfibrilação e cardioversão a pacientes acometidos de taquicardias e reverter arritmias de fibrilação ventricular, além de monitoração de ECG, respiração e frequência cardíaca e com função de marca passo transcutâneo e desfibrilação externa automática. Parâmetros Incluso: Desfibrilador Bifásico, ECG (Eletrocardiograma), Bateria removível, DEA - Desfibrilador Externo Automático e Marcapasso Externo. Características Técnicas Mínimas: - Uso em pacientes adultos e pediátricos; - Com alça de transporte; - Com Tela (LCD) colorido de no mínimo 8 polegadas; - Tecnologia Bifásica; - Interface em Português; - Bateria interna recarregável, de fácil substituição pelo próprio usuário, sem a necessidade da utilização de quaisquer tipos de ferramentas, com autonomia de, no mínimo 3 horas em modo de monitoração ou no mínimo 100 choques em carga máxima (360 J). - Tecnologia de Checagem em tempo real - CTR: auto diagnostico que informa antecipadamente se existe qualquer ação de manutenção a ser realizada; - Tecnologia de Prevenção de Morte Súbita - PMS; - Configuração: Cardioversão, Desfibrilação, Monitorização de ECG 7D, Respiração, Funções ASC, DEA/PMS e Marcapasso; - Fonte de alimentação 220v ou bivolt. Desfibrilação: - Deve permitir a carga de energia máxima em até 8 segundos com uma bateria totalmente carregada. - Escala de desfibrilação de até 360 joules - Aplicação	01	IMEDIATA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA

	de choque: Por meio de pás (adesivas) multifuncionais ou pás de desfibrilação. Monitoração de ECG: - Com no mínimo sete derivações (D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF e C); - Com possibilidade de visualização de no mínimo 2 curvas de ECG no display ao mesmo tempo; - Deve possuir medição da frequência cardíaca de 20 a 300 batimentos por minuto, no mínimo; Marca Passo externo não invasivo: - Modos: demanda ou fixo; - Com ajuste de frequência de estimulação; Deve possuir todos os acessórios necessários para o completo funcionamento		
--	---	--	--

Eventuais interessados poderão apresentar orçamento no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar das 15h30 de 31/10/2024 até às 15h30 do dia 05/11/2024, oportunidade em que a administração escolherá a proposta mais vantajosa.

O modelo de orçamento de preços estará disponível em anexo ao presente aviso, devendo ser enviada para o e-mail: compras@itaara.rs.gov.br ou ser entregue junto ao setor de compras da Prefeitura Municipal de Itaara, sede na Avenida Guilherme Kurtz, 1065, Centro, Itaara/RS, em horário expediente.

Mais informações pelo telefone (55) 3227-2000, no horário de expediente das 8h às 14h.

Salete Desconzi
Prefeita Municipal