



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA**

Autorizo a publicação no Mural de Atos Oficial do Município e no Sítio Eletrônico do Município conforme Lei Art. 75, §3º da Lei 14.133/2021 a Ratificação da DISPENSA POR LIMITE Nº 263/2024, PROCESSO Nº 342/2024, nas seguintes condições:

OBJETO: Monitor Cardioversor/Desfibrilador Bifásico com DEA e Marca Passo e impressora - O equipamento deve promover desfibrilação e cardioversão a pacientes acometidos de taquicardias e reverter arritmias de fibrilação ventricular, além de monitoração de ECG, respiração e frequência cardíaca e com função de marca passo transcutâneo e desfibrilação externa automática. Parâmetros incluso: Desfibrilador Bifásico, ECG (Eletrocardiograma), Bateria removível, DEA - Desfibrilador Externo Automático e Marca-passo Externo. Características Técnicas Mínimas: - Uso em pacientes adultos e pediátricos; - Com alça de transporte; - Com Tela (LCD) colorido de no mínimo 8 polegadas; - Tecnologia Bifásica; - Interface em Português; - Bateria interna recarregável, de fácil substituição pelo próprio usuário, sem a necessidade da utilização de quaisquer tipos de ferramentas, com autonomia de, no mínimo 3 horas em modo de monitoração ou no mínimo 100 choques em carga máxima (360 J). - Tecnologia de Checagem em tempo real - CTR: auto diagnostico que informa antecipadamente se existe qualquer ação de manutenção a ser realizada; - Tecnologia de Prevenção de Morte Súbita - PMS; - Configuração: Cardioversão, Desfibrilação, Monitorização de ECG 7D, Respiração, Funções ASC, DEA/PMS e Marcapasso; - Fonte de alimentação 220v ou bivolt. Desfibrilação: - Deve permitir a carga de energia máxima em até 8 segundos com uma bateria totalmente carregada. - Escala de desfibrilação de até 360 joules - Aplicação de choque: Por meio de pás (adesivas) multifuncionais ou pás de desfibrilação. Monitoração de ECG: - Com no mínimo sete derivações (D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF e C); - Com possibilidade de visualização de no mínimo 2 curvas de ECG no display ao mesmo tempo; - Deve possuir medição da frequência cardíaca de 20 a 300 batimentos por minuto, no mínimo; Marca Passo externo não invasivo: - Modos: demanda ou fixo; - Com ajuste de frequência de estimulação; Deve possuir todos os acessórios necessários para o completo funcionamento

CONTRATADA: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ: 90.909.631/0002-00

VALOR TOTAL: R\$26.350,00 (vinte e seis mil e trezentos e cinquenta reais)

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21